












































































## VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ ČESKY









SYMBOL	NÁZEV SYMBOLU	POPIS SYMBOLU	STANDARDNÍ ODKAZ	STANDARDNÍ NÁZEV
	Výrobce	Označuje výrobce zdravotnického prostředku.	5.1.1	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Datum výroby	Označuje datum kdy byl zdravotnický prostředek vyroben.	5.1.3	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Vyrobeno v	K identifikaci země, kde byly produkty vyrobeny	5.1.11	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Oprávněný zástupce pro evropské společenství	Označuje oprávněného zástupce pro evropské společenství	5.1.2	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Oprávněný zástupce ve Švýcarsku	Označuje oprávněného zástupce ve Švýcarsku	Nevztahuje se	Švýcarské nařízení o zdravotnických prostředcích 812.213
	Dovozce	Označuje právnickou osobu dovážející zdravotnický prostředek do dané země	5.1.8	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Distributor	Označuje právnickou osobu distribuující zdravotnický prostředek v dané zemi	5.1.9	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Označení CE pro třídu produktu 1s, 1m, 1r, 1la, 1lb, 1ll	Nevztahuje se	Nevztahuje se	
	Označení CE pro třídu produktu NSO 1s, 1m, 1r, 1la, 1lb, 1ll	Nevztahuje se	Nevztahuje se	
	Označení CE pro třídu produktu I	Nevztahuje se	Nevztahuje se	
	Označení UKCA pro třídu produktu I	Označuje shodu s předpisy pro zdravotnické prostředky Velké Británie	Nevztahuje se	Nevztahuje se

	Označení UKCA pro třídu produktu Is, Im, IIa, IIb a III – pouze produkty od společnosti NuVasive Inc.	Označuje shodu s předpisy pro zdravotnické prostředky Velké Británie, zobrazuje číslo schváleného orgánu Velké Británie pro BSI UK. Pouze pro použití s výrobky společnosti NuVasive Inc, nepoužívejte s produkty NuVasive Specialized Orthopedics..	Nevztahuje se	Nevztahuje se
	Přečtěte si návod k použití. Je k dispozici na internetových stránkách společnosti NuVasive <a href="http://www.nuvasive.com/eifu">www.nuvasive.com/eifu</a>	Označuje, že je nutné, aby si uživatel přečetl pokyny v návodu k použití.	5.4.3	EN ISO 15223-1:2016 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití	Označuje, že je nutné, aby si uživatel přečetl pokyny v návodu k použití.	5.4.3	EN ISO 15223-1:2016 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
Rx ONLY	Pouze na lékařský předpis Pouze pro profesionální použití	Upozornění: Podle federálních zákonů (v USA) se toto zařízení smí prodávat pouze lékařům nebo pouze na jejich objednávku. Označuje, že produkt je indikován pouze pro profesionální použití.	Nevztahuje se	
	Zdravotnický prostředek	Označuje, že se jedná o zdravotnický prostředek	5.7.7	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Katalogové číslo	Označuje katalogové číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat.	5.1.6	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Číslo šarže	Označuje číslo šarže výrobce, takže lze danou šarži nebo dávku identifikovat.	5.1.5	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Výrobní číslo	Označuje výrobní číslo uvedené výrobcem, aby bylo možné identifikovat konkrétní kus zdravotnického prostředku.	5.1.7	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Množství	Označuje počet kusů.	Nevztahuje se	
	Jedinečný identifikátor prostředku	Označuje nosič, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru prostředku	5.7.10	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Identifikace pacienta	Označuje identifikační údaje pacienta	5.7.3	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Datum	Označuje datum, kdy byly zadány informace nebo proběhl lékařský zákrok	5.7.6	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Zdravotnické zařízení nebo lékař	Označuje adresu zdravotnického zařízení nebo lékaře, kde lze nalézt lékařské informace o pacientovi	5.7.5	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Internetová stránka s informacemi pro pacienty	Označuje internetovou stránku, na níž může pacient získat doplňující informace o zdravotnickém výrobku.	5.7.4	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Překlad	Označuje, že původní informace o zdravotnickém prostředku prošly překladem, který doplňuje nebo nahrazuje původní informace	5.7.8	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Přední výška	Označuje přední výšku nitrotělních implantátů	Nevztahuje se	

	Zadní výška	Označuje zadní výšku nitrotělních implantátů	Nevztahuje se	
	Maximální výška	Označuje maximální výšku nitrotělních implantátů	Nevztahuje se	
	Nepoužívat opakovaně	Označuje zdravotnický prostředek, který je určen na jedno použití.	5.4.2	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Nesterilní	Označuje zdravotnický prostředek, který neprošel sterilizačním procesem.	5.2.7	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Nesterilní, před použitím sterilizujte párou	Označuje zdravotnický prostředek, který neprošel sterilizačním procesem, a označuje, že zdravotnický prostředek lze sterilizovat v párním sterilizátoru.	Nevztahuje se	
	Sterilizováno zářením	Označuje zdravotnický prostředek, který byl sterilizován zářením.	5.2.4	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Sterilizováno etylenoxidem	Označuje zdravotnický prostředek, který byl sterilizován etylenoxidem.	5.2.3	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Systém s jednou sterilní bariérou	Označuje systém s jednou sterilní bariérou.	5.2.11	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Vně ochranného obalu je systém s jednou sterilní bariérou	Označuje systém s jednou sterilní bariérou vně ochranného obalu	5.2.14	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Systém s dvojitou sterilní bariérou	Označuje systémy s dvojitou sterilní bariérou	5.2.12	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Uvnitř ochranného obalu je systém s dvojitou sterilní bariérou	Označuje systémy s dvojitou sterilní bariérou s ochranným vnějším obalem	Nevztahuje se	
	Použitelné do	Označuje datum, po kterém se zdravotnický prostředek již nesmí použít.	5.1.4	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Nesterilizujte opakovaně	Označuje zdravotnický prostředek, který se nesmí opakovaně sterilizovat.	5.2.6	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a přečtěte si návod k použití	Označuje zdravotnický prostředek, který by se neměl používat, pokud byl obal poškozen nebo otevřen, a že uživatel by si měl pro získání dalších informací přečíst návod k použití.	5.2.8	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Teplotní omezení	Označuje teplotní limity, kterým může být zdravotnický prostředek ještě bezpečně vystaven.	5.3.7	ISO 7000:2019 / EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Maximální teplota	Označuje maximální teplotu, které může být zdravotnický prostředek ještě bezpečně vystaven.	5.3.6	ISO 7000:2019 / EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky

	Dvojitá izolace	Izolace zahrnuje jak ZÁKLADNÍ IZOLACI, tak DOPLNĚKOVOU IZOLACI. Mezi uživatelem a vstupem napájení jsou dvě bariéry elektrické izolace	3.23	IEC 60601-1:2020 Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
	Použitelné v prostředí MRI	Symbol Použitelné v prostředí MRI a/nebo termín „Použitelné v prostředí MRI“ by měl být součástí označení prostředku a měl by uvádět podmínky, za kterých může zdravotnický prostředek, u kterého se předpokládá, že vstoupí do prostředí MR (nebo pacient s implantátem nebo zdravotnickým prostředkem, který je připevněn k pacientovi nebo jej pacient nese), bezpečně vstoupit do prostředí MRI, jak je popsáno v ASTM F2503.	VIII	Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff: Testing and Labeling Medical Devices for Safety in the Magnetic Resonance (MR) Environment, May 20, 2021
	Použitelné v prostředí MRI	Pro označení položky, která pro pacienta, zdravotnický personál nebo další osoby nacházející se v prostředí MRI nepředstavuje za definovaných podmínek nepřijatelné riziko.	62570-7.3.2	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Není bezpečný v prostředí MRI	Pro označení položky, která pro pacienta, zdravotnický personál nebo další osoby nacházející se v prostředí MRI představuje nepřijatelné riziko	62570-7.3.3	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Upozornění	Označuje, že při ovládání prostředku nebo ovládacího prvku je nutná opatrnost v blízkosti místa, kde je umístěn symbol, nebo že současná situace vyžaduje povědomí operátora nebo zásah operátora, aby se předešlo nežádoucím následkům	5.4.4	ISO 7000:2019 / EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Značka obecného varování	Označuje obecné varování.	W001	ISO 7000:2019 / ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní symboly – Registrované bezpečnostní značky
	Pozor, horký povrch	Označuje, že označený prvek může být horký a že není možné se ho dotýkat bez náležité opatrnosti.	5041	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Střídavé napětí	Na elektrickém štítku označuje, že dané zařízení lze provozovat pouze po připojení ke střídavému napětí; označuje příslušné svorky.	5032	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Stejnsměrné napětí	Na elektrickém štítku označuje, že dané zařízení lze provozovat pouze po připojení ke stejnosměrnému napětí; označuje příslušné svorky.	5031	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
<b>A</b>	Proud (A)	Označuje základní jednotku elektrického proudu.	Nevztahuje se	
	Vyrovnaní potenciálu	Označuje svorky, které po vzájemném propojení zajišťují u různých částí daného zařízení nebo systému stejný elektrický potenciál; nemusí se nutně jednat a zem (uzemnění), např. místní vyrovnání potenciálu.	5021	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Uzemnění; zem	Označuje zemnicí svorku	5017	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Příložná část typu BF	Označuje příložnou část typu BF	5333	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Rozsah atmosférického tlaku	Označuje rozsah atmosférického tlaku, jemuž může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.	5.3.9	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	Rozsah vlhkosti	Označuje rozsah vlhkosti, které může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.	5.3.8	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
	„ON“ (napájení)	Označuje připojení k napájení, přinejmenším na hlavních vypínačích nebo na jejich místě, a také všechny případy, kdy se jedná o bezpečnost.	5007	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi

	„OFF“ (napájení)	Označuje odpojení od napájení, přinejmenším na hlavních vypínačích nebo na jejich místě, a také všechny případy, kdy se jedná o bezpečnost.	5008	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Pohotovostní režim	Označuje vypínač nebo jeho polohu, přičemž daným vypínačem lze určitou část zařízení uvést do stavu pohotovostního režimu.	5009	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Varování, laserové záření	Varuje před radioaktivními materiály nebo ionizujícím zářením.	W003	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Magnetické pole	Označuje konkrétní nebezpečí související se silnými magnetickými poli, která jsou přítomna.	W006	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní symboly – Registrované bezpečnostní značky
	Nebezpečné napětí	Označuje nebezpečí plynoucí z nebezpečného napětí.	5036	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem	Označuje zařízení, u něž hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.	6042	ISO 7000:2019 / IEC 60417:2002 – Grafické značky pro použití na zařízeních
	Elektronické zařízení: Náležitě zlikvidujte	Označuje elektrické zařízení, které je třeba náležitě zlikvidovat.	4.1 b) 2)	EN 50419:2022 – Označování elektrických přístrojů v souladu s Článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (WEEE)
<b>IPX0</b>	Není chráněno před vniknutím tekutin	Označuje skutečnost, že není zajištěna ochrana proti vniknutí tekutin.	Nevztahuje se	IEC 60529:2019 – Stupně ochrany krytem (IP kód)
	Neionizující elektromagnetické záření	Označuje všeobecně zvýšenou, potenciálně nebezpečnou úroveň neionizujícího záření, nebo označuje přístroje či systémy.	5140	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Orientace polohy pomocí šipek	Tento symbol označuje orientaci prostředku vzhledem k pacientovi. Pacient by měl být schopen vidět tento symbol se šipkami směřujícími k jeho nohám. LEFT (LEVÁ) označuje, že levá strana jednotky je umístěna na levé straně pacienta. RIGHT (PRAVÁ) označuje, že pravá strana jednotky je umístěna na pravé straně pacienta.	Nevztahuje se	
	Netlačit	Zakazuje vyvíjet tlak na daný předmět	P017	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní symboly – Registrované bezpečnostní značky
	Zákaz vstupu osobám s aktivními implantovanými srdečními prostředky	Osoby s kardiostimulátorem nebo podobným aktivním implantátem by neměly s tímto prostředkem manipulovat ani by mu neměly být vystaveny.	P007	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní symboly – Registrované bezpečnostní značky
	Lithium-iontové baterie	Lithium-iontové články nebo baterie obsažené v zařízení nebo s ním balené	7.1.5.5	Předpisy IATA pro nebezpečné věci
	Zmagnetizovaný materiál	Držte se stranou od detekční jednotky leteckého kompasu	7.4.1	Předpisy IATA pro nebezpečné věci
	Nebezpečí propíchnutí	Označuje nebezpečí propíchnutí	Nevztahuje se	ISO 7010:2011 Grafické symboly – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní symboly – Registrované bezpečnostní značky
	Obecná značka zákazu	Označuje zakázanou akci	P001	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní symboly – Registrované bezpečnostní značky
	Obecná značka povinné akce	Označuje povinnou akci	M001	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní symboly – Registrované bezpečnostní značky
	Přečtěte si návod nebo brožuru	Označuje skutečnost, že je nutné přečíst si návod nebo brožuru s pokyny	M002	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní symboly – Registrované bezpečnostní značky
	Značka shody RCM	Označuje shodu s regulačními požadavky ACMA (Austrálie a Nový Zéland), označení je značka shody s regulačními požadavky (Regulatory Compliance Mark, RCM).	Nevztahuje se	

	Vyhovuje směrnici RoHS (omezení nebezpečných látek)	Předpisy RoHS zajišťují bezpečné používání produktů na evropských trzích	Nevztahuje se	Omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)
	<b>LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 2 NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ NEDÍVEJTE SO DO PAPRSKU</b> Tento výrobek odpovídá normě IEC 60825-1:2007-03 Ed.2.0 a 21CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou odchylek podle „Laser Notice No. 50“, ze dne 24. června 2007. Max. výstupní výkon: <1,0 mW; 635,0 nm	Označuje nebezpečné laserové záření	Nevztahuje se	IEC 60825-1:2014 – Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky
	Nouzová linka	Označuje informace týkající se služby zákazníkům.	Nevztahuje se	
	Spodní deska	Označuje spodní desku zdravotnického prostředku.	Nevztahuje se	
	Horní deska	Označuje horní desku zdravotnického prostředku.	Nevztahuje se	
	Obsahuje ftalát nebo označuje jeho přítomnost	Označuje skutečnost, že dané zařízení obsahuje označený produkt nebo látku.	2725	IEC TR 60878:2022 – Grafické značky pro elektrická zařízení v lékařské praxi
	Neobsahuje latex	Označuje skutečnost, že dané zařízení neobsahuje označený produkt nebo látku.	Nevztahuje se	
	Cobalt, CAS No. 7440-48-4 Symbol nebezpečné látky pro materiály na bázi kobaltu	Označuje na štítku, že materiál je nebezpečnou látkou.	5.4.10	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
<b>MATL</b>	Materiál	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL 6061-T6 Al</b>	Materiál: Eloxovaný hliník, slitina hliníku	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL ABS</b>	Materiál: Akrylobutadienstyren	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL Al</b>	Materiál: Hliník, slitina hliníku	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL Al2O3</b>	Materiál: Oxid hlinitý	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL AOC</b>	Materiál: Alkylenoxid kopolymer	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL CaP</b>	Materiál: Fosforečnan vápenatý	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL CoCr</b>	Materiál: Slitina kobalt-chrom-molybden, kobalt-chrom	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL COL</b>	Materiál: Kolagen	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL CP Ti</b>	Materiál: Komerčně čistý titan, různé třídy	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL DLC</b>	Materiál: Diamantově ekvivalentní povrchová úprava; diamantově ekvivalentní karbon	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL HA</b>	Materiál: Hydroxyapatit	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL Lexan PC</b>	Materiál: Lexan-polykarbonátový plast	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL MP35N</b>	Materiál: Slitina nikl-kobalt-chrom-molybden	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL Nitronic 60</b>	Materiál: Nerezová ocel dusíkatá 60	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL NITI</b>	Materiál: Slitina nikl-titan, nitinol	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL Nylon 11</b>	Materiál: Nylon 11	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL Parylene-C</b>	Materiál: Plast parylen-C	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL PC</b>	Materiál: Polykarbonát	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL PDMS</b>	Materiál: Polydimethylsiloxan	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL PEEK</b>	Materiál: Polyéter-éter-keton	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL PEEK Optima LT1</b>	Materiál: Polyéter-éter-keton Optima LT-1	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	
<b>MATL PEEK Optima LT1CA30</b>	Materiál: Zesílený polyéter-éter-keton s uhlíkovými vlákny	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se	

<b>MATL</b>   PEEK Scoria	Materiál: Polyéter-éter-keton Scoria	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   PEI	Materiál: Polyéterimid	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   PET	Materiál: Polyethylentereftalát	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   PMMA	Materiál: Polymetylmetakrylát	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   Polyurethane	Materiál: Polyuretan	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   PPSU	Materiál: Polyfenylsulfon	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   PPSU/PEI	Materiál: Polyfenylsulfon/Polyéterimid	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   PVC	Materiál: Polyvinylchlorid	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   Radel	Materiál: Radel polyfenylsulfon, různé typy	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   Si	Materiál: Silikon	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   SS	Materiál: Nerezová ocel, různé třídy	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   Ta	Materiál: Tantal	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   TCP	Materiál: Trifosforečnan vápenatý, fosforečnan vápenatý	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   Ti	Materiál: Titan	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   Ti-6Al-4V	Materiál: Slitina titanu	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   Ti-6Al-4V ELI	Materiál: Slitina titanu	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   TPS	Materiál: Titanový plazmový sprej	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   UHMWPE	Materiál: Polyetylen s ultravysokou molekulární hmotností	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se
<b>MATL</b>   ZrO2	Materiál: Oxid zirkoničitý	Označuje výrobní materiál.	Nevztahuje se